



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2015.

Ofício n.º 173/15 – GAB

Prezado Presidente,

Em resposta ao requerimento n.º 82/2015, de autoria do ilustre Vereador José Carlos Gomes, o qual solicita o conserto do Aparelho de RX do Pronto Atendimento de Moreira César, estamos encaminhando em anexo informações da Secretaria de Saúde e Assistência Social para análise do nobre Edil.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e distinta consideração.



Isael Domingues
Prefeito em Exercício

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000000220 - 2015 20/02/2015 3:01:39 PM
Interessado (a): VER. JOSÉ CARLOS GOMES -
Assunto: Resposta ao Requerimento



Exmo. Sr.
Felipe Francisco César Costa
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
N e s t a



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA DE SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

OFÍCIO Nº. 169/2015 - SES

11 de fevereiro de 2015.

Senhor Prefeito:

Em atenção ao Requerimento Nº. 82/2015 do Vereador José Carlos Gomes, acerca do conserto do aparelho de RX do Pronto Atendimento de Moreira César, informamos a Vossa Senhoria que no dia 18/12/2014 durante um vendaval no Distrito de Moreira César, ocorreu uma descarga elétrica vindo a queimar alguns equipamentos elétricos desta Unidade de Saúde, e dentre eles, o aparelho de RX.

Com o conhecimento da necessidade de manutenção do aparelho de RX e, para não causar prejuízo aos exames já agendados e realizados na Unidade, acionamos a Assistência Técnica para realizar avaliação e a devida manutenção, sendo que após a visita foi constatado que o defeito apresentado só poderia ser realizado pelo fabricante do aparelho.

Diante desta informação, solicitamos à Assistência Técnica Autorizada para a realização de orçamento para a devida manutenção.

Como a data da ocorrência foi próxima as festividades de final de ano, a Assistência Técnica só poderia realizar a avaliação do equipamento no início de janeiro de 2015.

Apresentado o valor da visita técnica para avaliação do equipamento pela empresa autorizada foi feito o processo de compra em 12/01/2015, sendo aprovada a visita em 22/01/2015, que constatou o problema do equipamento. Após a visita, foi enviado em 23/01/2015 ao Departamento Administrativo da Saúde o orçamento da peça a ser substituída para análise e aprovação.

Mediante esse orçamento foi elaborado o processo de compra no dia 26/01/2015, sendo aprovado no dia 28/01/2015 e informado imediatamente à empresa, sendo que a substituição da peça aconteceu no dia 30/01/2015.

Foi necessário ainda, uma revisão do equipamento realizada nos dias 02/02/2015 e 10/02/2015, sendo que o equipamento encontra-se em perfeito funcionamento.

Respeitosamente,


SANDRA MARIA CARNEIRO TUTIHASHI
Secretária de Saúde e Assistência Social

Exmo. Sr.
Dr. Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Pindamonhangaba

